

## Ackrediteringens omfattning

### Provningslaboratorier enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Säffle kommun

Säffle

Ackrediteringsnummer

1130

VA-laboratoriet

A000099-001

### Kemisk analys

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Fält</i>
Vattenanalys	Ammonium som kväve	Hach Lange LCK 305	Fotometri	1 - 12 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7	SS-EN ISO 5815-1:2019/ISO 17289:2014	Optisk givare	>1 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Fosfor, totalt	SS-EN ISO 6878:2005, mod	Fotometri	0,04 – 0,4 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Kemisk syreförbrukning, COD-Cr	Hach Lange LCK 814	Fotometri	30 – 500 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Kväve, totalt	SS-EN ISO 11905-1:1998	Fotometri	0,8 – 4 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	pH	SS-EN ISO 10523:2012	Elektrod	4-9 pH-enheter	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	<b>Suspenderade ämnen</b>	<b>SS-EN 872:2005</b>	<b>Gravimetri</b>	<b>&gt; 2 mg/l</b>	<b>Avloppsvatten/Lakvatten</b>	<b>Nej</b>
	Totalt organiskt kol, TOC	Hach Lange LCK 385	Fotometri	5 – 30 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.