

Datum

Beteckning

2023-10-02

2022/1084

Ackrediteringens omfattning

Provning enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Medicinsk service, Laboratoriemedicin Lund

Ackrediteringsnummer

1309

Arbets- och miljömedicin Syd

A000147-010

RÄTTELSE

för gällande beslut daterat 2023-09-07 i ärende 2022/1084

Beskrivning: Provtyp blod har felaktigt angivits för två rader. Raderna gäller Kadmium, Cd respektive Kvicksilver, Hg. Rätt lydelse ska vara urin. /Elisabeth Hallin-Bergvall

Kemisk analys

Teknikområde	Parameter	Metod	Mätprincip	Mätområde	Provtyp	Fält
Oorganisk kemi	Bly, Pb	Intern metod 21-412 rev3	ICP-MS	5-400 -µg/l	Blod	Nej
	Kadmium, Cd	Intern metod 21-412 rev3	ICP-MS	0,3-10 µg/l	Blod	Nej
			ICP-MS	0,4-10 µg/l	Urin	Nej
	Kvicksilver, Hg	Intern metod 21-412 rev3	ICP-MS	0,3-10 µg/l	Blod	Nej
ICP-MS			0,4-10 µg/l	Urin	Nej	

Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå själv utför provtagning omfattas provningen inte av ackrediteringen.