

## Ackrediteringens omfattning

### Provning enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Stora Enso Pulp AB, Skutskärs Bruk

Skutskär

Ackrediteringsnummer

1531

Laboratoriet

A000447-001

### Kemisk analys

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Fält</i>
Provtagning	Avloppsvatten, provtagning	SS 028148, utg 1				Ja
Vattenanalys	Fosfor, totalt	Hach Lange LCK 349	Fotometri	0,05 – 1,5 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	<b>Klorat</b>	<b>SCAN W 10:93</b>	<b>Jonkromatografi</b>	<b>0,1–1 mg/l</b>	<b>Avloppsvatten/Lakvatten</b>	<b>Nej</b>
	<b>Kväve, totalt, TNb</b>	<b>SS-EN ISO 20236:2021</b>	<b>Förbränning</b>	<b>1 - 10 mg/l</b>	<b>Avloppsvatten/Lakvatten</b>	<b>Nej</b>
	Suspenderade ämnen	SS-EN 872:2005	Gravimetri	> 2 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Totalt organiskt kol, TOC	SS-EN 1484, utg 1	Förbränning	5 – 200 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.