

Datum

2022-06-10

Bilaga 1

Beteckning

2021/1017

Ackrediteringens omfattning

Provningslaboratorier enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Smurfit Kappa Kraftliner

Piteå

Ackrediteringsnummer

1092

Tech Center lab

A000501-001

Kemisk analys

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Fält</i>
Vattenanalys	Fosfor, totalt	Hach Lange LCK 348	Fotometri	0,5 – 5 mg/l	Avloppsvatten/La kvatten	Nej
		Hach Lange LCK 349	Fotometri	0,05 – 1,5 mg/l	Avloppsvatten/La kvatten	Nej
	Kväve, totalt, TNb	SS-EN ISO 20236:2021	Förbränning	0,5-20 mg/l	Avloppsvatten/La kvatten	Nej
	Suspenderade ämnen	SS-EN 872:2005	Gravimetri	> 4 mg/l	Avloppsvatten/La kvatten	Nej
	Totalt organiskt kol, TOC	SS-EN 1484, utg 1	Förbränning	3-500mg/l	Avloppsvatten/La kvatten	Nej

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.