

Datum

2023-11-30

Bilaga 1

Beteckning

2023/958

Ackrediteringens omfattning

Provning enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Perstorp Oxo AB

Ödsmål

Ackrediteringsnummer

1269

Driftlaboratoriet

A000502-002

Kemisk analys

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Fält</i>
Vattenanalys	Fosfor, totalt	Hach Lange LCK 349	Fotometri	0,05 – 1,5 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Kväve, totalt	SS-EN ISO 20236:2021	Förbränning	3 – 50 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Organiskt kol, totalt (TOC)	SS-EN ISO 20236:2021	Förbränning	5 – 50 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Suspenderade ämnen	SS-EN 872:2005	Gravimetri	> 2 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.