

Datum

Beteckning

2024-02-02

2023/2882

Ackrediteringens omfattning

Kontroll enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012

ONE Nordic AB

Arlöv

Ackrediteringsnummer

0027

A000765-001

Reglerad mätteknik

Typ av kontrollorgan: C

<i>Kontrollobjekt</i>	<i>Kravspecifikation</i>	<i>Kontrollområde</i>	<i>Typ av kontroll</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Fält</i>	<i>Anmärkning</i>
Elmätsystem	Swedacs föreskrifter och allmänna råd om mätssystem för mätning av överförd el	Kategori 1	Kontroll		Ja	
		Kategori 2-5	Kontroll		Ja	
Värmemätare	Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare	Flödesgivare	Återkommande kontroll	0,006-275 m ³ /h	Nej	Diameter < 200 mm, Provmängd 2-6000 L
		Integreringsverk	Återkommande kontroll	100 – 1000 ohm	Nej	
		Temperaturgivare	Återkommande kontroll	delta T= 20 ±2°C, delta T= 30 ±2°C, delta T= 50 ±2°C	Nej	
Volymmätare	Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare	Kallvatten	Återkommande kontroll	0,006-275 m ³ /h	Nej	Diameter < 200 mm, Provmängd 2-6000 L

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.