

Datum

2025-01-15

## Bilaga 1

Beteckning

2025/44

### Ackrediteringens omfattning

#### Provning enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Holmen Board and Paper AB

Åby

Ackrediteringsnummer

1740

Bravikens pappersbruk

A000828-003

#### Kemisk analys

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>
Vattenanalys	Fosfor, totalt	Hach Lange LCK 349	Fotometri	0,05 – 1,5 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten
	Kemisk syreförbrukning, COD-Cr	Hach Lange LCK 114/814	Fotometri	30 – 1000 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten
	Kväve, totalt, TNb	SS-EN 12260:2004	Förbränning	1 - 20 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten
	Suspenderade ämnen	SS-EN 872:2005	Gravimetri	≥ 2 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten
	Totalt organiskt kol, TOC	SS-EN 1484, utg 1	Förbränning	20 – 500 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.