

## Bilaga 1

Datum

Beteckning

2021-11-12

2020/1048

### Ackrediteringens omfattning

#### Provningslaboratorier enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

SCA Graphic Sundsvall AB

Timrå

Ackrediteringsnummer

1059

Östrands Massafabrik

A000854-001

### Kemisk analys

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Fält</i>	<i>Anmärkning</i>
Vattenanalys	<b>Fosfor, totalt</b>	<b>Hach Lange LCK 349</b>	<b>Fotometri</b>	<b>0,05-1,5 mg/l</b>	<b>Avloppsvatten/Lakvatten</b>	<b>Nej</b>	<b>Automatiserat</b>
	Kemisk syreförbrukning, COD-Cr	Hach Lange LCK 214/814	Fotometri	30 – 1000 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej	
			<b>Fotometri</b>	<b>50-1000 mg/l</b>	<b>Avloppsvatten/Lakvatten</b>	<b>Nej</b>	<b>Automatiserat</b>
	<b>Kväve, totalt</b>	<b>Hach Lange LCK 138</b>	<b>Fotometri</b>	<b>1-16 mg/l</b>	<b>Avloppsvatten/Lakvatten</b>	<b>Nej</b>	<b>Automatiserat</b>
	Suspenderade ämnen	SS-EN 872:2005	Gravimetri	> 2 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej	
<b>SS-EN 872:2005, mod</b>		<b>Gravimetri</b>	<b>&gt;2 mg/l</b>	<b>Avloppsvatten/Lakvatten</b>	<b>Nej</b>		