

Ackrediteringens omfattning

Provning enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Svensk Kärnbränslehantering AB, Forsmark Östhammar

Ackrediteringsnummer

1807

Forsmark, Platskontor Vega, Forsmarks hamn

A001200-002

Kemisk analys

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Flex</i>	<i>Typ av flex</i>	<i>Fält</i>
Vattenanalys	Alkalinitet	SS-EN ISO 9963-2	Titring	2 – 244 mg/l	Havsvatten/ Brackvatten	Ja	1	Nej
			Titring	2 – 244 mg/l	Sötvatten	Ja	1	Nej
	Bromid	SS-EN ISO 10304-1	Jonkromatografi	0,5-9 mg/l	Havsvatten/ Brackvatten	Ja	1	Nej
			Jonkromatografi	0,5-9 mg/l	Sötvatten	Ja	1	Nej
	Fluorid	SS-EN ISO 10304-1	Jonkromatografi	0,5 - 7mg/l	Havsvatten/ Brackvatten	Ja	1	Nej
			Jonkromatografi	0,5 - 7mg/l	Sötvatten	Ja	1	Nej
	Järn, totalt	Intern metod; JÄRN	Fotometri	0,03 – 3 mg/l	Sötvatten	Ja	1	Nej
	Järn, tvåvärt	Intern metod; JÄRN	Fotometri	0,03 – 3 mg/l	Sötvatten	Ja	1	Nej
	Klorid	SS 028136	Titring	70 – 710 mg/l	Havsvatten/ Brackvatten	Ja	1	Nej
			Titring	70 – 710 mg/l	Sötvatten	Ja	1	Nej
		SS-EN ISO 10304-1	Jonkromatografi	0,5 - 50 mg/l	Havsvatten/ Brackvatten	Ja	1	Nej
			Jonkromatografi	0,5 - 50 mg/l	Sötvatten	Ja	1	Nej
Konduktivitet	SS-EN 27888	Elektrod	2 – 10000 mS/m	Havsvatten/ Brackvatten	Ja	1	Nej	
		Elektrod	2 – 10000 mS/m	Sötvatten	Ja	1	Nej	

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Flex</i>	<i>Typ av flex</i>	<i>Fält</i>
Vattenanalys	pH	SS-EN ISO 10523	Elektrod	3-10 pH-enheter	Havsvatten/ Brackvatten	Ja	1	Nej
			Elektrod	3-10 pH-enheter	Sötvatten	Ja	1	Nej
	Sulfat	SS-EN ISO 10304-1	Jonkromatografi	0,5 - 50 mg/l	Havsvatten/ Brackvatten	Ja	1	Nej
			Jonkromatografi	0,5 - 50 mg/l	Sötvatten	Ja	1	Nej

Ackrediteringens omfattning är flexibel enligt vad som anges i detta beslut. Det ackrediterade organet skall alltid kunna tillhandhålla en uppdaterad lista över den aktuella omfattningen för sin ackreditering.

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.

Typ av flexibilitet

- 1: - Införa ny version av standardmetod och göra redaktionella ändringar i icke-standardiserad metod.
- 2: - Införa ny version av standardmetod och göra redaktionella ändringar i icke-standardiserad metod - Införa ny version och modifieringar av icke-standardiserad metod. Förfarandet ska vara likvärdigt - Införa ny parameter/komponent/undersökning - Införa nytt mätområde - Införa nytt material/nya produkter/matriser - Införa ny metod som är likvärdig med metoder som redan finns i ackrediteringsbeslutet