

Datum

Beteckning

2024-01-19

2023/2883

Ackrediteringens omfattning

Kontroll enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Göteborg Energi AB

Göteborg

Ackrediteringsnummer

0036

Kontrollorgan

A002137-004

RÄTTELSE

för gällande beslut daterat 2023-12-29 i ärende 2023/2883

Beskrivning: Elmätssystem kategori 1 har felaktigt angetts utförs i fält. Korrekt lydelse är att elmätssystem kategori 1 inte utförs i fält. / Fredrik Langmead.

Reglerad mätteknik

Typ av kontrollorgan: C

Kontrollobjekt	Kravspekifikation	Kontrollområde	Typ av kontroll	Mätområde	Fält
Elmätssystem	Swedacs föreskrifter och allmänna råd om mätssystem för mätning av överförd el	Kategori 2-5	Kontroll		Ja
		Kategori 1	Kontroll		Nej
Värmemätare	Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare	Integreringsverk	Återkommande kontroll	100 – 500 Ohm	Nej
		Temperaturgivare	Återkommande kontroll	delta T = 20 ±2°C	Nej
		Temperaturgivare	Återkommande kontroll	delta T = 30 ±2°C	Nej
		Temperaturgivare	Återkommande kontroll	delta T = 50 ±2°C	Nej
		Flödesgivare	Återkommande kontroll	Flöde 6 - 75000 l/h	Nej

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.