

## Ackrediteringens omfattning

### Kalibreringslaboratorier

JB Scales AB

Malmö

Ackrediteringsnummer

2046

A004127-001

### Kalibrering

#### Mekaniska storheter

Parameter	Metod	Provtyp	Mätområde	Bästa mätförmåga (CMC) +/-	Mätprincip	Flex	Fält
Massa	AMP 1, utg 5	Icke automatisk våg	0,1-1 g	5-11 µg	E2	Nej	Ja
			0,1-1 kg	0,06-2 mg	E2, F1	Nej	Ja
			10-100 g	0,03-0,06 mg	E2	Nej	Ja
			10-100 mg	2-5 µg	E2	Nej	Ja
			10-20 kg	0,02-0,1 g	F1	Nej	Ja
			1-10 g	0,011-0,03 mg	E2	Nej	Ja
			1-10 kg	2-20 mg	F1	Nej	Ja
			1-10 mg	2-2 µg	E2	Nej	Ja
	AMP 2, utg 5	Icke automatisk våg	200-700 kg	0,02-0,12 kg	M1/M2	Nej	Ja
			20-200 kg	0,1-20 g	M1	Nej	Ja

Bästa mätförmågan CMC är den lägsta mätosäkerhet kalibreringslaboratoriet kan leverera under ideala förhållanden. Mätosäkerheten anges som expanderad mätosäkerhet med täckningsfaktorn  $k=2$  och med beräkningarna utförda i enlighet med EA-4/02.