

### Akrediteringens omfattning

Akrediterad som Provningslaboratorium enligt SS-EN ISO 15189:2012

Region Blekinge, Laboratoriemedicin, Blekingesjukhuset, Byggnad 41, Karlskrona **10065**

### Transfusionsmedicin

Komponent/ Undersökning	System	Metod/Mätprincip	Utrustning	Enhet	Lab/Ort
BAS-test, manuell (blodgruppskontroll och antikroppsscreening)	Erythrocyter Plasma	Indirekt/direkt agglutination, kolonnseparation gel	Karlshamn: Banjo ID-Reader		Karlshamn, Karlskrona
BAS-test, maskinell (blodgruppskontroll och antikroppsscreening)	Erythrocyter Plasma	Indirekt/direkt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona
MG-test, manuell (blodgruppskontroll och test mottagare-givare)	Erythrocyter Plasma	Indirekt/direkt agglutination, kolonnseparation gel			Karlshamn, Karlskrona
MG-test, maskinell (blodgruppskontroll och test mottagare-givare)	Erythrocyter Plasma	Indirekt/direkt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona
Akut blodgruppering (ABO- och RhD-gruppering)	Erythrocyter	Direkt agglutination, rörteknik			Karlshamn, Karlskrona

### Akrediteringens omfattning

Akrediterad som Provningslaboratorium enligt SS-EN ISO 15189:2012

Region Blekinge, Laboratoriemedicin, Blekingesjukhuset, Byggnad 41, Karlskrona **10065**

### Transfusionsmedicin

Komponent/ Undersökning	System	Metod/Mätprincip	Utrustning	Enhet	Lab/Ort
Blodgruppering, manuell (ABO- och RhD-gruppering, antikroppsscreen)	Erythrocyter Plasma	Indirekt/direkt agglutination, rörteknik, kolonnseparation gel	Karlshamn: Banjo ID-Reader		Karlshamn, Karlskrona
Blodgruppering, maskinell (ABO- och RhD-gruppering, antikroppsscreen)	Erythrocyter Plasma	Indirekt/direkt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona
Antikroppsscreening, manuell	Plasma	Indirekt agglutination, kolonnseparation gel			Karlskrona
Antikroppsscreening, maskinell	Plasma	Indirekt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona
Kontrollgruppering, maskinell	Erythrocyter	Direkt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona
Direkt antiglobulintest, DAT, manuell	Erythrocyter	Direkt agglutination, kolonnseparation gel			Karlshamn, Karlskrona

### Akrediteringens omfattning

Akrediterad som Provningslaboratorium enligt SS-EN ISO 15189:2012

Region Blekinge, Laboratoriemedicin, Blekingesjukhuset, Byggnad 41, Karlskrona **10065**

### Transfusionsmedicin

Komponent/ Undersökning	System	Metod/Mätprincip	Utrustning	Enhet	Lab/Ort
Direkt antiglobulintest, DAT, maskinell	Erythrocyter	Direkt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona
Direkt antiglobulintest, DAT med monospecifika reagens, manuell	Erythrocyter	Direkt agglutination, kolonnseparation gel			Karlskrona
Bestämning av svaga RhD-antigen, maskinell	Erythrocyter	Indirekt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona
Blodgruppering och DAT barn < 4 månader, manuell (ABO- och RhD-gruppering)	Erythrocyter	Direkt agglutination, kolonnseparation gel			Karlskrona
Blodgruppering och DAT barn < 4 månader, maskinell (ABO- och RhD-gruppering)	Erythrocyter	Direkt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona
Antikroppsidentifiering med IAT i gelkort, manuell	Erythrocyter Plasma	Indirekt agglutination, kolonnseparation gel			Karlskrona

### Akrediteringens omfattning

Akrediterad som Provningslaboratorium enligt SS-EN ISO 15189:2012

Region Blekinge, Laboriemedicin, Blekingesjukhuset, Byggnad 41, Karlskrona **10065**

### Transfusionsmedicin

Komponent/ Undersökning	System	Metod/Mätprincip	Utrustning	Enhet	Lab/Ort
Antikroppsidentifiering med IAT/PEG i gelkort, manuell	Erythrocyter Plasma	Indirekt agglutination med tillsats av PEG, kolonnseparation gel			Karlskrona
Antikroppsidentifiering med Papain i gelkort, manuell	Plasma	Direkt agglutination med tillsats av Papain, kolonnseparation gel			Karlskrona
Fenotypning, CcEeK, manuell	Erythrocyter	Direkt agglutination, kolonnseparation gel			Karlskrona
Fenotypning, CcEeK, maskinell	Erythrocyter	Direkt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona
Fenotypning i rör, manuell	Erythrocyter	Direkt agglutination, rörteknik			Karlskrona
Fenotypning i gelkort, manuell	Erythrocyter	Indirekt agglutination, kolonnseparation gel			Karlskrona
Fenotypning, Jka och Jkb, maskinell	Erythrocyter	Direkt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona

### Ackrediteringens omfattning

Akrediterad som Provningslaboratorium enligt SS-EN ISO 15189:2012

Region Blekinge, Laboratoriemedicin, Blekingesjukhuset, Byggnad 41, Karlskrona **10065**

#### Transfusionsmedicin

Komponent/ Undersökning	System	Metod/Mätprincip	Utrustning	Enhet	Lab/Ort
Fenotypning, Fya och Fyb, maskinell	Erythrocyter	Indirekt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona
Fenotypning, M, maskinell	Erythrocyter	Direkt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona
Fenotypning, S och s, maskinell	Erythrocyter	Indirekt agglutination, kolonnseparation glaspärlor	OrthoVision Analyzer		Karlskrona

Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen.

Akrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i bilaga 1. Det ackrediterade organet skall alltid kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över den aktuella omfattningen för sin ackreditering.