

Datum

Beteckning

2023-12-15

2023/2386

Ackrediteringens omfattning

Kontroll enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tekniska Verken Linköping Nät AB

Linköping

Ackrediteringsnummer

10216

Mätteknik

A012676-003

Reglerad mätteknik

Typ av kontrollorgan: C

<i>Kontrollobjekt</i>	<i>Kravspecifikation</i>	<i>Kontrollområde</i>	<i>Typ av kontroll</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Fält</i>	<i>Anmärkning</i>
Elmätsystem	Swedacs föreskrifter och allmänna råd om mätsystem för mätning av överförd el	Kategori 1	Kontroll		Ja	
		Kategori 2-5	Kontroll		Ja	
Värmemätare	Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare	Integreringsverk	Återkommande kontroll	100 Ohm - 1000 Ohm	Nej	
		Temperaturgivare	Återkommande kontroll	delta T = 20, ± 2 °C	Nej	
		Temperaturgivare	Återkommande kontroll	delta T = 30, ± 2 °C	Nej	
		Temperaturgivare	Återkommande kontroll	delta T = 50, ± 2 °C	Nej	
Volymmätare	Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare	Kallvatten	Återkommande kontroll	Flöde 6-100 000 l/h	Nej	max temp 30 °C
		Varmvatten	Återkommande kontroll	Flöde 6-160 000 l/h	Nej	max temp 65 °C

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.