

Ackrediteringens omfattning

Provning enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Aleris Heart Center

Stockholm

Ackrediteringsnummer

10179

Aleris Klinisk Fysiologi Sabbatsberg

A013341-003

Bild- och funktionsmedicin

Klinisk fysiologi

Metod	Parameter	Mätprincip	Provtyp	Flex	Typ av flex	Fält
Intern metod; 55722	Blodtrycksundersökning- Långtidsregistrering 24 tim	Blodtryck	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 55659	Bukaortascreening	Ultraljud	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 55721	Arbetsprov, cykel	EKG	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 55724	Långtids-EKG	EKG	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 55725	Ortostatiskt prov	EKG, blodtryck	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 55727	Lungundersökning	Kroppspletysmograf, spirometri	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 55729	Vilo-EKG	EKG	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 55731	Lungundersökningar- Bronkialprovokation	Spirometri	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 55732	Kärlundersökning, carotis	Ultraljud	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 55733	Kärlundersökning, artärer	Ultraljud	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 55734	Kärlundersökning, vener	Ultraljud	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 56204	Hjärtundersökning, transthorakalt, TTE	Ultraljud	Patient	Ja	2	Nej
Intern metod; 56493	Kärlundersökning, perifer cirkulationsutredning (artär)	Segmentellt blodtryck	Patient	Ja	2	Nej

Ackrediteringens omfattning är flexibel enligt vad som anges i detta beslut. Det ackrediterade organet skall alltid kunna tillhandhålla en uppdaterad lista över den aktuella omfattningen för sin ackreditering.

Diagnostik på distans utförs enligt regler och rutiner i intern instruktion. Uppgiften får endast utföras av diagnostiker som har behörigheter för självständig diagnostik inom de områden som anges i behörighetsbeviset. Aktuell förteckning över personer och lokaler där distansdiagnostik utförs finns på laboratoriet

Typ av flexibilitet

1: - Införa ny version av standardmetod och göra redaktionella ändringar i icke-standardiserad metod.

2: - Införa ny version av standardmetod och göra redaktionella ändringar i icke-standardiserad metod - Införa ny version och modifieringar av icke-standardiserad metod. Förfarandet ska vara likvärdigt - Införa ny parameter/komponent/undersökning - Införa nytt mätområde - Införa nytt material/nya produkter/matriser - Införa ny metod som är likvärdig med metoder som redan finns i ackrediteringsbeslutet