

Datum

2022-07-29

Bilaga 1

Beteckning

2022/1642

Ackrediteringens omfattning

Provningslaboratorier enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Södra Mönsterås
Cell Mönsterås

Laboratoriet

Ackrediteringsnummer

10222

A013720-001

Kemisk analys

Teknikområde	Parameter	Metod	Mätprincip	Mätområde	Provtyp	Fält
Vattenanalys	Fosfor, totalt	Hach Lange LCK 349	Fotometri	0,1 – 1,5 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Kväve, totalt, TNb	SS-EN ISO 20236:2021	Förbränning	1 - 20 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Suspenderade ämnen	SS-EN 872:2005	Gravimetri	> 5 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Totalt organiskt kol, TOC	SS-EN ISO 20236:2021	Förbränning	5 - 500 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej