

Bilaga 1

Datum

Beteckning

2023-11-08

2021/2624

Ackrediteringens omfattning

Provning enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Södra Mörrum
 Cell Mörrum

Ackrediteringsnummer

10222

Process- och Miljölaboratoriet

A013720-003

Kemisk analys

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Fält</i>
Vattenanalys	Adsorberbara organiskt bundna halogener, AOX	SS-EN ISO 9562:2005	Adsorption/Coulometrisk titrering	25 – 250 µg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Fosfor, totalt	Hach Lange LCK 349	Fotometri	0,05 – 1,5 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Klorat	SCAN W 10:93	Jonkromatografi	0,05 – 0,5 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Kväve, totalt, TNb	SS-EN ISO 20236:2021	Förbränning	1 - 10 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Suspenderade ämnen	SS-EN 872:2005	Gravimetri	> 2 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Totalt organiskt kol, TOC	SS-EN ISO 20236:2021	Förbränning	20 - 250 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.