

Datum

Beteckning

2021-06-08

2020/976

Ackrediteringens omfattning

Provningslaboratorier enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Landauer Nordic Holdings AB

Billdal

Ackrediteringsnummer

10250

A013733-002

Aktivitetmätning

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Fält</i>	<i>Anmärkning</i>
	Persondos-ekvivalenter, HP (0,07)	Intern metod; D75LNH, 2018-11-09	OSL-dosimetri	0,05 mSv - 10 Sv Fotonenergiintervall all 15keV - 1,33MeV	Luft	Nej	InLight+ med GN-kassett, extremitetsdos
	Persondos-ekvivalenter, HP (10), HP(0,07)	Intern metod; D75LNH, 2018-11-09	OSL-dosimetri	0,05mSv-10Sv Fotonenergiintervall all 15keV-6MeV (HP10) 15keV-1,33MeV(HP0,07) Betaenergiintervall 0,25-1MeV	Luft	Nej	InLight+ med GN-kassett, helkroppsdos