

Ackrediteringens omfattning

Provning enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Landauer Nordic Holdings AB

Hovås

Ackrediteringsnummer

10250

A013733-002

Aktivitetsmätning

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Fält</i>	<i>Anmärkning</i>
	Persondos-ekvivalenter, HP(0,07)	Intern metod; ED75LNH, 2022-05-02	OSL-dosimetri	0,05 mSv - 10 Sv Photon energy range 15keV - 1,33MeV	Luft	Nej	InLight+ with GN-case, extremity dose
	Persondos-ekvivalenter, HP(10), HP(0,07)	Intern metod; ED75LNH, 2022-05-02	OSL-dosimetri	0,05 mSv - 10 Sv (HP0,07) Beta energy range 200keV – 2200keV	Luft	Nej	InLight+ with GN-case, extremity dose
			OSL-dosimetri	0,05mSv-10Sv Photon energy range 15keV-6MeV(HP10) 15keV-1,33MeV (HP0,07) Beta energy range 0,25 -1MeV	Luft	Nej	InLight+ with GN-case, body dose