

### Ackrediteringens omfattning

Ackrediterad som Provningslaboratorium enligt SS-EN ISO 15189:2022

SYNLAB Sverige AB, SYNLAB Centrallaboratorium, Täby **10367**

### Närvårdslaboratorier

Komponent/Undersökning	System	Metod Mätprincip	Utrustning	Enhet	Lab/ort
<b>Allmän kemi</b>					
ALAT	Serum	Enzymatisk	Alinity C, Abbott	μkat/L	HC
Albumin	Serum	Fotometri	Alinity C, Abbott	μkat/L	HC
ALP (Alkalisk fosfatas)	Serum	Enzymatisk	Alinity C, Abbott	μkat/L	HC
ASAT	Serum	Enzymatisk	Alinity C, Abbott	μkat/L	HC
Calcium	Serum	Fotometri	Alinity C, Abbott	mmol/L	HC
Glukos	Serum	Fotometri	Alinity C, Abbott	mmol/L	HC
GT	Serum	Enzymatisk	Alinity C, Abbott	μkat/L	HC
HDL-Kolesterol	Serum	Fotometri	Alinity C, Abbott	mmol/L	HC
Kalium	Serum	Jonselektivitet	Alinity C, Abbott	mmol/L	HC
Kolesterol	Serum	Fotometri	Alinity C, Abbott	mmol/L	HC
Kreatinin	Serum	Enzymatisk	Alinity C, Abbott	μmol/L	HC
LDL-Kolesterol	Serum	Enzymatisk direktmätning	Alinity C, Abbott	mmol/L	HC
Triglycerid	Serum	Fotometri	Alinity C, Abbott	mmol/L	HC
Urat	Serum	Fotometri	Alinity C, Abbott	μmol/L	HC

### Ackrediteringens omfattning

Ackrediterad som Provningslaboratorium enligt SS-EN ISO 15189:2022

SYNLAB Sverige AB, SYNLAB Centrallaboratorium, Täby **10367**

### Närvårdslaboratorier

Komponent/Undersökning	System	Metod Mätprincip	Utrustning	Enhet	Lab/ort
CRP (närlab)	Blod/Plasma /Serum	Turbidimetri	QuikRead Go	mg/L	Samtliga närlab utom HC
Glukos (närlab)	Blod	Fotometri	HemoCue Glukos 201 RT	mmol/L	Samtliga närlab utom HC
Glukosbelastning, 2h	Blod	Fotometri	HemoCue Glukos 201 RT	mmol/L	Samtliga närlab utom HC, GBG-SV, GBGGoCo
<b>Hematologi</b>					
Leukocyter (närlab)	Blod	Impedans (elekt. Resistens)	Sysmex	Antal x 10 <sup>9/L</sup>	HC, SOP
Erytrocyter (närlab)	Blod	Impedans (elekt. Resistens)	Sysmex	Antal x 10 <sup>12/L</sup>	HC, SOP
Hemoglobin (närlab)	Blod	Fotometri	Sysmex	g/L	HC, SOP
EVF (närlab)	Blod	Impedans + beräknat värde	Sysmex		HC, SOP
MCV (närlab)	Blod	Impedans (elekt. Resistens)	Sysmex	fL	HC, SOP
Erc(B)-MCH (närlab)	Blod	Beräkning	Sysmex	pg	HC, SOP
Erc(B)-MCHC (närlab)	Blod	Beräkning	Sysmex	g/L	HC, SOP
Trombocyter (närlab)	Blod	Impedans (elekt. Resistens)	Sysmex	Antal x 10 <sup>9/L</sup>	HC, SOP

### Akrediteringens omfattning

Akrediterad som Provningslaboratorium enligt SS-EN ISO 15189:2022  
 SYNLAB Sverige AB, SYNLAB Centrallaboratorium, Täby **10367**

### Närvårdslaboratorier

Komponent/Undersökning	System	Metod Mätprincip	Utrustning	Enhet	Lab/ort
Hemoglobin (HemoCue)	Blod	Fotometri	HemoCue Hb 201+	g/L	Samtliga närlab utom HC, SOP
<b>Koagulation</b>					
PK (INR), närlab	Blod/Plasma	Klottingtest	Simple simon	INR	Samtliga närlab utom BAG, HC, SAB, GBG-SV, GBG-GoCo

### Ackrediteringens omfattning

Ackrediterad som Provningslaboratorium enligt SS-EN ISO 15189:2022

SYNLAB Sverige AB, SYNLAB Centrallaboratorium, Täby **10367**

### Närvårdslaboratorier

---

SOP	Sophiahemmet	BAG	Bagarmossen
STU	Stureplan	EDS	Edsberg
TCD	Täby Centrum Doktorn	EKE	Ekerö VC
UPP	Uppsala	FRU	Fruängen
VÄL	Vällingby	HC	Hälsocentralen Sophiahemmet
GBG-SV	Göteborg Södra Vägen	HUV	Huvudsta
GBG-GoCo	Göteborg Mölndal Goco	MÄR	Märsta
		SAB	Sabbatsberg

---

Ackrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i bilaga 1. Det ackrediterade organet skall alltid kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över den aktuella omfattningen för sin ackreditering.