

Ackrediteringens omfattning

Provning enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Stora Enso AB

Skoghall

Ackrediteringsnummer

10400

Sulfatlab

A014320-001

Kemisk analys

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Fält</i>
Provtagning	Avloppsvatten, provtagning	SS 028148, utg 1		-		Ja
Vattenanalys	Adsorberbara organiskt bundna halogener, AOX	SS-EN ISO 9562:2005	Adsorption/Coulometrisk titrering	25 – 250 µg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Fosfor, totalt	Hach Lange LCK 349	Fotometri	0,2 – 1,5 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Klorat	SS-EN ISO 10304-4:2022	Jonkromatografi	0,01 – 1 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Kväve, totalt, TNb	SS-EN ISO 20236:2021	Förbränning	1 - 10 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Suspenderade ämnen	SS-EN 872:2005	Gravimetri	> 5 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Totalt organiskt kol, TOC	Hach Lange LCK 385	Fotometri	10 – 30 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
Hach Lange LCK 386		Fotometri	30 – 300 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej	
SS-EN 1484, utg 1		Förbränning	10 - 500 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej	

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.