

## Ackrediteringens omfattning

### Kalibrering enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Hett Tech AB

Sollentuna

Ackrediteringsnummer

10500

A014558-001

### Temperatur

<i>Teknikområde</i>	<i>Metod</i>	<i>Parameter</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Bästa mätförmåga (CMC) +/-</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Fält</i>
Temperatur	Intern metod; 01-0001 ver 2		Centrifug	4°C - 25°C	1,6°C		Ja
	Intern metod; 02-0001 ver 2		Inkubatorer	-15°C - 65°C	1,2°C		Ja
			Kyl/Frys	-20°C - 8°C	0,7°C		Ja
			Lågtemperaturfrys	-86°C - -20°C	0,6°C		Ja

### Tid och frekvens

<i>Teknikområde</i>	<i>Metod</i>	<i>Parameter</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Bästa mätförmåga (CMC) +/-</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Fält</i>
Frekvens	Intern metod; 01-0002 ver 2	Varvtal	Centrifug	500 rpm - 6000 rpm	3 rpm		Ja
		Varvtal	Centrifug	6000 rpm - 16000 rpm	100 rpm		Ja

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.