

Datum

Beteckning

2023-06-28

2023/1519

Ackrediteringens omfattning

Kalibrering enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

RAMC AB Sollentuna Ackrediteringsnummer 10502
Service/Pipettkalibrering A014665-001

Massarelaterade storheter

<i>Teknikområde</i>	<i>Metod</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Bästa mätförmåga (CMC) +/-</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Fält</i>	<i>Anmärkning</i>
Volym	Intern metod; Metodbeskrivning pipett kalibrering, utg 3	Volymgenererande	0,1-20 µl	0,25 µl	Gravimetrisk	Nej	Pipetter
		Volymgenererande	1000-10000 µl	13 µl	Gravimetrisk	Nej	Pipetter
		Volymgenererande	20-1000 µl	1,5 µl	Gravimetrisk	Nej	Pipetter

Bästa mätförmågan, CMC, är den lägsta mätosäkerhet kalibreringslaboratoriet kan leverera, uttryckt som utvidgad mätosäkerhet. Detta motsvarar en täckningssannolikhet (konfidensnivå) av ungefär 95%.

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.