

## Ackrediteringens omfattning

### Kalibrering enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Eltex of Sweden AB

Osby

Ackrediteringsnummer

10585

Trådväktare support

A014674-001

## RÄTTELSE

för gällande beslut daterat 2023-12-13 i ärende 2023/199

Beskrivning: Uppdaterat utgåvenummer av kalibreringsmetod/Fredrik Langmead 2023-12-19

## Massarelaterade storheter

<i>Teknikområde</i>	<i>Metod</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Bästa mätförmåga (CMC) +/-</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Fält</i>
Kraft	Intern metod; TP-0366-07 rev 1	Kraftvisande	1220 cN	+/- 13 cN	Trådspänningsöversvakning	Nej
		Kraftvisande	250cN	+/- 3 cN	Trådspänningsöversvakning	Nej
		Kraftvisande	640 cN	+/- 8 cN	Trådspänningsöversvakning	Nej

Bästa mätförmågan, CMC, är den lägsta mätosäkerhet kalibreringslaboratoriet kan leverera, uttryckt som utvidgad mätosäkerhet. Detta motsvarar en täckningssannolikhet (konfidensnivå) av ungefär 95%.

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.