

Ackrediteringens omfattning

Kalibrering enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Eltex of Sweden AB

Osby

Ackrediteringsnummer

10585

Trådväktare support

A014674-001

Massarelaterade storheter

<i>Teknikområde</i>	<i>Metod</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Bästa mätförmåga (CMC) +/-</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Fält</i>
Kraft	Intern metod TP-0366-08	Kraftvisande	1220 cN	+/- 17 cN	Trådspänningsöv ervakning	Nej
		Kraftvisande	150 cN	+/- 3,8 cN	Trådspänningsöv ervakning	Nej
		Kraftvisande	250 cN	+/- 4,8 cN	Trådspänningsöv ervakning	Nej
		Kraftvisande	450 cN	+/- 7,5 cN	Trådspänningsöv ervakning	Nej
		Kraftvisande	640 cN	+/- 8,8 cN	Trådspänningsöv ervakning	Nej

Bästa mätförmågan, CMC, är den lägsta mätosäkerhet kalibreringslaboratoriet kan leverera, uttryckt som utvidgad mätosäkerhet. Detta motsvarar en täckningssannolikhet (konfidensnivå) av ungefär 95%.

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.