

## Bilaga 1

Datum

Beteckning

2024-02-01

2023/1665

### Ackrediteringens omfattning

#### Kalibrering enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden Solna  
AB

Ackrediteringsnummer

10592

A014990-001

### Temperatur

<i>Teknikområde</i>	<i>Metod</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Bästa mätförmåga (CMC) +/-</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Fält</i>
Temperatur	Intern metod; CAL SOP 1 version F	Temperaturgivare	-80°C- +85°C	0,1 °C		Nej

Förändrade omfattningsrader är markerade med fetstil.